

KARTA URZĄDZENIA RADIOLOGICZNEGO

<u>Karta urządzenia</u>	<u>Radiologia i diagnostyka obrazowa</u>
-------------------------	--

<u>Nr karty</u>	<u>1/2025</u>
<u>Data wpisania danych do karty</u>	<u>13.01.2025</u>
<u>Data przepisania danych do Bazy</u>	<u>-</u>

<u>Nazwa jednostki ochrony zdrowia:</u>	<u>Szpital pw. Jana Jerozolimskiego w Szczyrzycu</u> <u>przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego</u> <u>Stowarzyszenia Ochrony i Promocji Zdrowia w</u> <u>Szczyrzycu</u>
<u>Identyfikator jednostki ochrony</u> <u>zdrowia (NIP/ REGON):</u>	<u>NIP 7371744968</u> <u>REGON 49189125700021</u>
<u>Adres jednostki ochrony zdrowia,</u> <u>numer telefonu, faksu oraz adres</u> <u>poczty elektronicznej:</u>	<u>Szczyrzyc 107</u> <u>34-623 Szczyrzyc</u> <u>fax 183340552</u> <u>nzo@szpitalszczyrzyc.pl</u>
<u>Imię i nazwisko, numer telefonu</u> <u>oraz adres poczty elektronicznej</u> <u>kierownika jednostki ochrony</u> <u>zdrowia.</u>	<u>lek.med. Tomasz Krupiński</u> <u>tel.608312871</u>
<u>Numer i data wydania zezwolenia</u> <u>na uruchomienie i stosowanie</u> <u>urządzenia oraz nazwa organu</u> <u>wydającego to zezwolenie</u>	<u>WSE.NZ- 432/71/2004 z dnia 22.03.2004</u> <u>wydane przez MPWIS w Krakowie</u>

• <u>Charakterystyka zestawu uwzględniająca następujące dane:</u>	
<u>Przeznaczenie</u>	<u>Diagnostyka ogólna</u>
<u>Model lub typ</u>	<u>COMPACT K</u>
<u>Kod identyfikacyjny</u>	<u>1515/01742</u>
<u>Nazwa wytwórcy i instalatora</u>	<u>SIEMENS MULTIX</u>
<u>Rok produkcji</u>	<u>12/2003</u>
<u>Rok uruchomienia</u>	<u>2004</u>

Wykaz wyposażenia dodatkowego	Fartuchy z gumy ołowiowej z kołnierzem (0,25 mm Pb) - 2 sztuki, półfartuch z gumy ołowiowej, osłony na gonady (Pb1,0mm), rękawice ołowiowe 1 para
Rodzaj generatora	WYSOKIEGO NAPIĘCIA POLYDOROS LX
Data wykonania aktualnych testów specjalistycznych, Nazwa laboratorium wykonującego	IFJ KRAKÓW 13.12.2024r
Uwagi	=

2a) Charakterystyka lampy rentgenowskiej uwzględniająca następujące dane:	
Model lub typ	OPTI 150/30/50 HC
Filtracja własna lampy / filtracja dodatkowa / filtry dodatkowe	filtracja całkowita, stała 2,5 AL, filtracja zewnętrzna 0,1mmCu, 0,2 mmCu
Kod identyfikacyjny	427721
Wielkość ogniska lub ognisk	0,6/1,0 mm
Zakres napięć nominalnych	40-150kv
rok produkcji	2003

KOD URZĄDZENIA RADIOLOGICZNEGO
RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA,
Kod zestawu rtg wg Dz.U.2021, poz. 1959

Urządzenie podstawowe															Wyposażenie							Oprogramowa nie						
<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>	<u>16</u>	<u>17</u>	<u>18</u>	<u>19</u>	<u>20</u>	<u>21</u>	<u>22</u>	<u>23</u>	<u>24</u>	<u>25</u>	<u>26</u>	<u>27</u>	
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>				<u>0</u>	<u>3</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>2</u>	<u>1</u>				<u>1</u>					<u>0</u>	<u>5</u>			<u>2</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Kierownik jednostki organizacyjnej

DYREKTOR SZPITALA

.....lek. med. Tomasz Krupis, podpis, pieczęć)